



Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de concentradores de oxigênio e recargas de cilindros de oxigênio medicinal destinados ao uso em Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, incluindo sábados, domingos e feriados e pontos facultativos.

Seguem as informações técnicas:

1 – Recarga com comodato de cilindro com capacidade de 2,5 a 4,0 m³ -

Quantidade estimada para período de 12 (doze) meses: 1.1 Até 250 m³ de Oxigênio Medicinal em cilindro com capacidade de 2,5 até 4,0 m³ (dois e meio a quatro metros cúbicos) por ano, para uso em Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada;

2 – Recarga com comodato de cilindro com capacidade de 01 m³ - Quantidade estimada para período de 12 (doze) meses:

2.5 até 4.0 m³ de Oxigênio Medicinal em cilindro com capacidade 1 m³ (um metro cúbico) por ano, para manutenção do uso de oxigênio medicinal em situação externa ao domicílio; Incluindo outros itens imprescindíveis para funcionamento adequado e garantia de segurança na utilização do item, conforme legislação vigente.

3 – Locação de conjunto de concentrador de oxigênio com cilindro reserva e compra dos acessórios pessoais – Quantidade estimada para período de 12 (doze) meses:

a) Até 80 locações de concentradores de oxigênio, contendo cada conjunto:

- 01 (um) concentrador de oxigênio portátil com fluxo variável/vazão de 01 à 05 l/min;, tensão 127V;
- 01 regulador com fluxômetro;
- 01 (um) cilindro reserva de Oxigênio Medicinal, com manômetro e regulador e capacidade de proteção;
- 01 (uma) base fixa de apoio para cilindro;
- 01 (um) filtro para remoção de poeira, bactérias e outras partículas;

b) Para os acessórios descartáveis e de uso pessoal:

- Oxigênio medicinal (cil de 2,5 a 4,0m³) para cilindro de 1m³- QTD 250;
- Umidificador- QTD 100;
- Cateter ou cânula nasal tipo óculos-QTD 100;
- Extensão de silicone de 1,2 metros-QTD 100.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
SETOR DE COMPRAS

A troca dos insumos deverá ser realizada mensalmente. A contratada deverá disponibilizar os itens e acessórios contratados em perfeitas condições de funcionamento e segurança, conforme legislação vigente.

1- PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E RECARGAS DE CILINDRO.

A implantação do conjunto concentrador de oxigênio e cilindro reserva, cilindro 2,5 a 4,0 m³ e/ou cilindro 1m³ e as respectivas recargas de cilindros deverá ser realizada até 48 horas após a solicitação da **Secretaria Municipal de Saúde de Boquim**, incluindo sábados, domingos, feriados, nacionais e locais. Nos casos em que constar na solicitação enviada pela secretaria "paciente encontra-se hospitalizado, aguardando implantação de item para alta hospitalar", a implantação do conjunto concentrador de oxigênio e cilindro reserva, deverá ser realizada em até 24 horas após a solicitação.

2- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

A empresa deverá ter disponível ao usuário um Canal de Atendimento ao Cliente para atender as solicitações de orientações e pedidos de manutenção corretiva 07 dias da semana, 24 horas por dia, incluindo feriados e pontos facultativos. As recargas de cilindros de oxigênio medicinal serão solicitadas somente pela **Secretaria Municipal de Saúde de Boquim à CONTRATADA**, por meio de e-mail, contato telefônico, em dias úteis. Casos excepcionais poderão ser atendidos aos finais de semana, feriados nacionais ou locais diretamente pelo Cliente à **CONTRATADA** e não podem exceder 01/recarga de cilindro reserva ao mês/por paciente e devem ser notificados no primeiro dia útil posterior ao atendimento.

3- SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A CONTRATADA.

Deverá responsabilizar-se pela segurança e proteção dos profissionais e usuários contra danos decorrentes de defeitos de fabricação bem como a qualidade dos equipamentos que serão locados e recarregados e ainda prestar assistência técnica a todos os equipamentos com a obrigação de trocá-los em caso de defeito, garantindo a continuidade dos serviços e fornecimento durante a vigência do contrato. A manutenção preventiva de concentradores de oxigênio, cilindros de oxigênio medicinal e itens imprescindíveis para funcionamento adequado e segurança deverá ser realizada pela **CONTRATADA**, conforme protocolos e prazos estabelecidos pelo fabricante; A manutenção corretiva de concentradores de oxigênio, cilindros de

oxigênio medicinal e itens imprescindíveis para funcionamento adequado e segurança deverá ser realizada pela **CONTRATADA** em até 24 horas após a solicitação direta do usuário/cuidador/responsável à Central de Atendimento ao Usuário.



13
②

4- PROCEDIMENTOS DE ENTREGA A CONTRATADA.

Deverá dispor dos recursos humanos qualificados e para realização de todo o processo que envolve o objeto deste EDITAL e sua implantação. Automóveis de responsáveis pela entrega e implantação deverão estar devidamente uniformizados.

5-INÍCIO DO FORNECIMENTO DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO A CONTRATADA.

Deverá iniciar o fornecimento do objeto em até 10 dias corridos, após a assinatura do contrato.

5- ORIENTAÇÕES PARA USO:

É de responsabilidade da CONTRATADA a entrega de MANUAL DE USO SEGURO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CILINDROS E INSUMOS EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA ao paciente e/ou cuidador, no momento da implantação, contendo as informações necessárias para a adoção de boas práticas para uso e conservação de equipamentos, cilindros e insumos e outros itens, para o adequado funcionamento do concentrador de oxigênio e do cilindro de oxigênio medicinal. Também na oportunidade deverá disponibilizar ao paciente e/ou cuidador informações para que saibam fazer a leitura de pressão mínima (BAAR) do cilindro (2,5 a 4,0m³ e 1m³) que indique a necessidade de recarga.

Boquim, 03 de Maio de 2022.

Katiuscia Santos Emidio
KATIUSCIA SANTOS EMIDIO
Coordenadora da Atenção Básica

Bruna Cruz Santos
Bruna Cruz Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
ÓRGÃO GERENCIADOR