



**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL  
PROCESSO N.º 06-2018 - FMS  
EDITAL N.º 06/2018**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE BUCAL**

Aos **21 (vinte e um)** dias do mês de **junho** do ano de **dois mil e dezoito**, às **09:00 (nove horas e zero)**, na **Prefeitura Municipal de Riachuelo/SE** reuniram-se a Pregoeira, designada conforme **Portaria nº 414/2017**, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE BUCAL**; conforme Edital do Pregão N.º **06/2018** e seus anexos. A Pregoeira deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão.

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme documentos de credenciamento em anexo, conforme segue:

**ZUMED COMERCIAL LTDA ME  
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP  
BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA  
CASA DO CIRURGIAO EIRELI ME  
GMFARMA COMERCIAL LTDA**

2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:

**ZUMED COMERCIAL LTDA ME  
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP  
BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA  
CASA DO CIRURGIAO EIRELI ME  
GMFARMA COMERCIAL LTDA**

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pela Pregoeira e Licitantes presentes.

4 - Após da vistas nas propostas, a pregoeira informa que devido a extensa especificações técnica dos equipamentos e materiais de odontologia, a análise criteriosa será realizada pelos profissionais da área do **ATENDIMENTO EM SAÚDE BUCAL, juntamente com a pregoera.**



000375

**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

5 - Ato contínuo, alguns licitantes fizeram questionamentos em relação às especificações apresentadas pelos concorrentes, como descrito abaixo:

O representante da empresa **BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA**, registra:

Que o equipamento **AUTOCLAVE**, das empresas **ZUMED COMERCIAL LTDA ME**, **GMFARMA COMERCIAL LTDA** e **BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP**, não atendem as especificações solicitadas em edita, pois cotaram com 2 bandejas, e o solicitado foram com 3.

Já em relação ao equipamento **CADEIRA ODONTOLÓGICA**, a empresa **CASA DO CIRURGIAO EIRELI ME**, apresentou prospecto divergente do item ofertado na proposta de preço.

A representante da empresa **CASA DO CIRURGIAO EIRELI ME**, registra:

Que a empresa **BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA**, não colocou registro da **ANVISA** de nenhum equipamento solicitado pelo edital, além disso, todos os equipamentos cotados não estão de acordo com a especificação solicitada em edital.


Que a empresa **GMFARMA COMERCIAL LTDA**, todos os equipamentos solicitados em edital, esta em desacordo na especificação do edita.

Que a empresa **ZUMED COMERCIAL LTDA ME**, em seu item **CADEIRA ODONTOLOGICA**, apresentou a marca **NEW VERSA**, não possui suporte de pontos removíveis, manualmente para assepsia. Além disso, no equipamento **COMPRESSOR ODONTOLÓGICO**, apresentou a marca que não é BI-volti. Ainda em relação a mesma empresa, o **AUTOCLAVE**, apresentada na proposta, não possuem desaeração e depressurização automática.

A representante da empresa **ZUMED COMERCIAL LTDA ME**, registra:

Que a empresa **CASA DO CIRURGIAO EIRELI ME**, em seu equipamento **COMPRESSOR ODONTOLÓGICO**, apresentou em seu folder sem a litragem do equipamento. Além disso, a representante solicita que seja analisado os registros da **CADEIRA ODONTOLÓGICA**, pois o modelo diverge do folder.

6 - A Pregoeira em comum acordo com os licitantes decidiu **SUSPENDER** a sessão, sendo sua continuação marcada para o dia **27/06/2018 (quarta feira)**, às **09h00min (nove horas)** no mesmo local da abertura, ou seja, na Sala de Reuniões da Prefeitura, cito à Praça Getúlio Vargas, 72, centro, Riachuelo/SE.





000376

**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

5 - Nada mais a registrar em ata a Pregoeira solicitou aos licitantes participantes que rubricassem as bordas dos envelopes de habilitação e suspendeu a sessão, subscrevendo esta Ata, que após lida, foi assinada pela Pregoeira, e Licitantes presentes.

**PREGOEIRA:**

  
**LUCINEIA DE JESUS VASCONCELOS**

**LICITANTES:**

  
**ZUMEB COMERCIAL LTDA ME**

  
**BETA FARMACIA COMERCIAL EIRELI EPP**

  
**BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA**

  
**CASA DO CIRURGIAO EIRELI ME**

  
**GMFARMA COMERCIAL LTDA**