



## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

## PROCESSO LICITATÓRIO 17/2022

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) AUTORIDADE COMPETENTE, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e material permanente odontológicos (itens fracassados do Pregão Eletrônico 12/2022) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis/SE, nos termos do decreto municipal nº 2971/2012.*

Fornecedor : CMED DISTRIBUIDORA LTDA - 20.444.829/0001-90

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	6,00	Und	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação; Reservatório com tratamento interno antioxidante; Baixo nível de ruído: 56 Db; Pressostato com chave geral liga/desliga; Válvula de segurança Dispositivo de alívio do excesso de pressão; Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão).Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva; Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar; Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso Ventoinha de refrigeração nos motores; Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório); Acompanha dois refis para futura substituição; Mangueira do motor metálica e flexível; Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil; Válvula de alívio (solenóide); Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço; Largura / Altura / Comprimento (cm): 40 X 62 X 40 cm; Alimentação:220 V monofásico; Freqüência do motor: 60 Hz; Fluxo de ar (vazão efetiva): 188 l/min. (6,6 pc/min.); Capacidade do reservatório: 45 litros; Potência (motor): 1,13 CV (840W); Consumo de energia: 0,75 KW/hora; Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões. COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação; Reservatório com tratamento interno antioxidante; Baixo nível de ruído: 56 Db; Pressostato com chave geral liga/desliga; Válvula de segurança Dispositivo de alívio do excesso de pressão; Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão).Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva; Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar; Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso Ventoinha de refrigeração nos motores; Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório); Acompanha dois refis para futura substituição; Mangueira do motor metálica e flexível; Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil; Válvula de alívio (solenóide); Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço; Largura / Altura / Comprimento (cm): 40 X 62 X 40 cm; Alimentação:220 V monofásico; Freqüência do motor: 60 Hz; Fluxo de ar (vazão efetiva): 188 l/min. (6,6 pc/min.); Capacidade do reservatório: 45 litros; Potência (motor): 1,13 CV (840W); Consumo de energia: 0,75 KW/hora; Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões.	MOTOMIL	CMO 8/50	R\$ 2.997,00	R\$ 17.982,00	R\$ 2.997,37	R\$ 17.984,22	0,01	R\$ 0,37

Subtotal Adjudicado R\$ 57.482,00

Subtotal Orçado: R\$ 4,13% R\$ 2.474,07  
59.956,07

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
5	5,00	Und	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO Aparelho de raios-x com base móvel, é leve e fácil de movimentar, sobre quatro rodízios duplos, com freios, que proporcionam boa estabilidade e melhor aproximação ao paciente e, também o uso em mais de uma sala clínica. * Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais. * Coluna móvel com base em 04 rodízios. *Colunas super estáveis. * Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. * Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. * Disparador manual à distância de 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. * O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs). * Alimentação 127V + 4%.	XDENT	X70	R\$ 7.900,00	R\$ 39.500,00	R\$ 8.394,37	R\$ 41.971,85	5,89	R\$ 494,37
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 57.482,00</b>							<b>Subtotal Orçado: R\$ 59.956,07</b>		<b>4,13%</b>	<b>R\$ 2.474,07</b>	

**TOTAL GERAL DO PROCESSO**

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 57.482,00	R\$ 59.956,07	4,13%	2.474,07

A Secretária de Saúde Homologa e Ratifica todos os atos praticados pelo Pregoeira e Equipe de Apoio do processo em epígrafe, em razão das empresas, terem atendido a todos os requisitos do edital.

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Carmópolis-SE , 17 de Maio de 2022

EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO  
AUTORIDADE COMPETENTE