



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS/SE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 17/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREGOEIRA do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS/SE** comunica aos interessados e participantes do **PREGÃO ELETRÔNICO 17/2022** referente à *Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e material permanente odontológicos (itens fracassados do Pregão Eletrônico 12/2022)* para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis/SE, nos termos do decreto municipal nº 2971/2012., que **ADJUDICA** nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : CMED DISTRIBUIDORA LTDA - 20.444.829/0001-90

| Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econ. R\$ |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|
| 1 | 6,00 | Und | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação; Reservatório com tratamento interno antioxidante; Baixo nível de ruído: 56 Db; Pressostato com chave geral liga/desliga; Válvula de segurança Dispositivo de alívio do excesso de pressão; Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão).Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva; Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar; Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso Ventoinha de refrigeração nos motores; Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório); Acompanha dois refis para futura substituição; Mangueira do motor metálica e flexível; Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil; Válvula de alívio (solenóide); Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço; Largura / Altura / Comprimento (cm): 40 X 62 X 40 cm; Alimentação:220 V monofásico; Frequência do motor: 60 Hz; Fluxo de ar (vazão efetiva): 188 l/min. (6,6 pc/min.); Capacidade do reservatório: 45 litros; Potência (motor): 1,13 CV (840W); Consumo de energia: 0,75 KW/hora; Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões. COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação; Reservatório com tratamento interno antioxidante; Baixo nível de ruído: 56 Db; Pressostato com chave geral liga/desliga; Válvula de segurança Dispositivo de alívio do excesso de pressão; Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão).Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva; Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar; Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso Ventoinha de refrigeração nos motores; Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório); Acompanha dois refis para futura substituição; Mangueira do motor metálica e flexível; Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil; Válvula de alívio (solenóide); Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço; Largura / Altura / Comprimento (cm): 40 X 62 X 40 cm; Alimentação:220 V monofásico; Frequência do motor: 60 Hz; Fluxo de ar (vazão efetiva): 188 l/min. (6,6 pc/min.); Capacidade do reservatório: 45 litros; Potência (motor): 1,13 CV (840W); Consumo de energia: 0,75 KW/hora; Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões. | MOTOMIL | CMO 8/50 | R\$ 2.997,00 | R\$ 17.982,00 | R\$ 2.997,37 | R\$ 17.984,22 | 0,01% | R\$ 0,37 |

| Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econ. R\$ |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 5 | 5,00 | Und | APARELHO DE RX ODONTOLOGICO Aparelho de raios-x com base móvel, é leve e fácil de movimentar, sobre quatro rodízios duplos, com freios, que proporcionam boa estabilidade e melhor aproximação ao paciente e, também o uso em mais de uma sala clínica. * Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais. * Coluna móvel com base em 04 rodízios. *Colunas super estáveis. * Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. * Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. * Disparador manual à distância de 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. * O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs). * Alimentação 127V + 4%. | XDENT | X70 | R\$ 7.900,00 | R\$ 39.500,00 | R\$ 8.394,37 | R\$ 41.971,85 | 5,89% | R\$ 494,37 |
| | | | | | | Subtotal Adjudicado: R\$ | 57.482,00 | Subtotal Orçado: R\$ | 59.956,07 | 4,13% | R\$ 2.474,07 |

| TOTAL GERAL DO PROCESSO | | | |
|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| Total Adjudicado | Total Orçado | Economia % | Economia R\$ |
| R\$ 57.482,00 | R\$ 59.956,07 | 4,13% | 2.474,07 |

Carmópolis - Sergipe, 11 de Maio de 2022

RENIVA PASSOS OLIVEIRA
PREGOEIRA